

減圧TG測定試験の要求仕様

使用装置	市販の熱重量示差熱同時測定装置 白金パン使用	
測定項目	TG（同時にDTAも測定できることが望ましい）	
試料	AR, VGO, VR	
測定条件	圧力	測定開始～終了 50Pa以下、測定中も減圧排気を継続
	温度範囲	室温 → 1000° C以上
	昇温速度	目安は5～10° C/min
報告	報告書及びエクセル形式の連続データ（圧力、温度、TGなど）	