

別紙 1

要求仕様書

1. 概要

本仕様書は、原油及び分留した各留分の性状分析試験並びに機器分析試験について、試験 1 点当たりの単価を定めるため、その仕様を定めたものである。

2. 契約期間

契約締結日*から 2026 年 3 月 31 日まで

*令和 7 年度予算が成立し経済産業省が実施する令和 7 年度「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金（次世代燃料生産・利用技術開発事業費のうち、合成燃料（e-fuel）等導入促進事業／製油所の脱炭素化研究開発支援事業費）」の交付決定後に契約開始日が確定します。

3. 仕様

（1）本業務の目的

本仕様書は、原油及び分留した各留分の性状分析試験並びに機器分析試験することを目的とする。

（2）実施内容

以下に示す条件で性状分析試験並びに機器分析試験を行う。

① 性状分析試験：別紙 2「分析項目一覧」に記載する試験法に準ずること

② 機器分析試験：別紙 3 に記載する試験条件に準ずること

（イ）原油のフーリエ変換赤外線分光測定試験

- ・測定は透過法または反射法（ATR）とし、当センター指定の固定セルを使用し
て測定すること
- ・装置は波数 350～7,800 cm^{-1} が測定可能であること
- ・装置の SN 比は 25,000 : 1 以上であり、2 cm^{-1} 以上の分解能を有すること
- ・装置は定期的に校正を行い、定量的に装置の状態の評価が可能であること

③ サンプル：原油、ガス、ナフサ、灯油、軽油、常圧残油、減圧軽油、減圧残油
その他（低炭素原料油由来の炭化水素化合物）

※なお、サンプルは当センターから受注者の指定する場所へ送付し、試験終了後のサンプルは、原則として当センターに返却する。また、サンプルは本件業務の目的以外には使用してはならない。

（3）報告内容

① 印刷物：分析結果報告書

② 電子媒体：

- ・別紙2「分析項目一覧」に数値を入力したものおよび、炭化水素組成分析のピークリストなどの詳細データ（Excel ファイル）
- ・原油のフーリエ変換赤外線分光測定試験については、波長と透過・反射率のスペクトルデータ（CSV ファイル）

（4）成果物

（3）に記載の内容の報告書（紙媒体1部、電子媒体）

（5）発注方法

当センターは必要の都度、発注者に見積依頼を行い、見積書を取得して、当センター所定の注文書により本件業務の発注を行い、受注者は請書を提出する。

（6）納入期限

当センターよりサンプル送付後、2か月以内に試験を行い、かつ、（4）の成果物を提出すること

（7）納品場所

一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター 基盤技術研究所
〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目3番8号 三井リンクラボ新木場1（2F）
※返却方法と時期は、依頼ごとに打合せ

4. 検収

- （1）検収は、本仕様書に記載した仕様を全て実施し成果物が提出されていることを満たしていることを当センターが検査により確認した時をもって完了とする。
- （2）検査により不合格となった場合は、速やかに受注者の責任において必要な処置を行い、再度検査を受けなければならない。

5. 備考

- ・本仕様書に定めのない事項又は契約書及び仕様書に関する疑義が生じたときは、別途協議の上定めるものとする。
- ・受注者は、本業務実施に当たり、性状分析試験並びに機器分析試験に係る経験、実績等を活かして適切な助言を行い、最良の結果となるよう努めなければならない。

以上