

FTIRの要求仕様

使用装置	・装置は波数$350\sim 7,800\text{cm}^{-1}$が測定可能であること ・装置のSN比は$25,000:1$以上であり、$2\text{cm}^{-1}$以上の分解能を有すること ・装置は定期的に校正を行い、定量的に装置の状態の評価が可能であること
測定条件	・測定は全反射(1回)および透過法(0.2mm固定)とする * 日本分光製のFTIRに対しては、当センターから透過セルを貸出可能 ・積算回数は40回を標準とする
報告	・報告書及び測定した電子データ(CSV)を提出