

別紙2

2025年度 高純度ガスの仕様と調達予定数

No	品 名	仕 様	単位	年間予定数量	備考
1	高純度窒素ガス(G3相当品)	14.7MPa	47L	10	純度:99.9995%以上
2	高純度酸素ガス(G2相当品)	14.7MPa	47L	1	純度:99.999%以上
3	高純度空気ガス(G2相当品)	14.7MPa	47L	1	大気組成
4	高純度ヘリウムガス(G2相当品)	14.7MPa	47L	1	純度:99.999%以上
5	アルゴンガス(G3相当品)	14.7MPa	47L	2	純度:99.999%以上
6	液体窒素		1L	100	

注) G2、G3は、大陽日酸株の高純度ガス規格であり、その相当品